



DATOS GENERALES DEL MATERIAL DE REFERENCIA

Nivel	Material de Referencia
Código	MRC 004
Descripción	Solución de Biftalato de Potasio en agua 0,05 mol/kg, pH 4,01
Incertidumbre	± 0,01 – 0,03 pH
Presentación	500 ml
Tiempo de Estabilidad	9 meses

INFORMACION DEL LOTE CERTIFICADO

Lote Vigente	PH016A
Fecha de Certificación	Febrero – 2020
Fecha de Caducidad	Noviembre – 2020
Valor certificado	El valor certificado del material de referencia y su incertidumbre se encuentran especificados en el certificado que acompaña al material.
Forma de Entrega	Oficina de Recepción y Devolución de Instrumentos (ORD), INACAL, Calle de la Prosa N° 150 San Borja, Lima-Perú

Propósito de uso

El uso de este material de referencia es para la calibración o verificación de los sistemas de medición de pH (también conocidos como potenciómetros o medidores de pH).