



## DATOS GENERALES DEL MATERIAL DE REFERENCIA

<b>Nivel</b>	Material de Referencia
<b>Código</b>	MRC 005
<b>Descripción</b>	Solución acuosa de Fosfato Dibásico de Sodio y Fosfato Diácido de Potasio, <b>pH 7,00</b>
<b>Incertidumbre</b>	± 0,01 – 0,02 pH
<b>Presentación</b>	500 ml
<b>Tiempo de Estabilidad</b>	12 meses

## INFORMACION DEL LOTE CERTIFICADO

<b>Lote Vigente</b>	PH010B
<b>Fecha de Certificación</b>	Octubre – 2017
<b>Fecha de Caducidad</b>	Octubre – 2018
<b>Valor certificado</b>	El valor certificado del material de referencia y su incertidumbre se encuentran especificados en el certificado que acompaña al material.
<b>Forma de Entrega</b>	Oficina de Recepción y Devolución de Instrumentos (ORD), INACAL, Calle de La Prosa 150 San Borja, Lima-Perú

## Propósito de uso

El uso de este material de referencia es para la calibración o verificación de los sistemas de medición de pH (también conocidos como potenciómetros o medidores de pH).