



DATOS GENERALES DEL MATERIAL DE REFERENCIA

Nivel	Material de Referencia
Código	MRC 005
Descripción	Solución acuosa de Fosfato Dibásico de Sodio y Fosfato Diácido de Potasio, pH 7,00
Incertidumbre	± 0,01 – 0,02 pH
Presentación	500 ml
Tiempo de Estabilidad	12 meses

INFORMACION DEL LOTE CERTIFICADO

Lote Vigente	PH011B
Fecha de Certificación	Marzo – 2019
Fecha de Caducidad	Marzo – 2020
Valor certificado	El valor certificado del material de referencia y su incertidumbre se encuentran especificados en el certificado que acompaña al material.
Forma de Entrega	Oficina de Recepción y Devolución de Instrumentos (ORD), INACAL, Calle de La Prosa 150 San Borja, Lima-Perú

Propósito de uso

El uso de este material de referencia es para la calibración o verificación de los sistemas de medición de pH (también conocidos como potenciómetros o medidores de pH).