



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad
Metrología

Material de Referencia MRC 006

PAGINA : 1 de 1
FECHA : Enero-2019

DATOS GENERALES DEL MATERIAL DE REFERENCIA

Nivel	Material de Referencia
Código	MRC 006
Descripción	Solución Acuosa de Carbonato de Sodio 0,025 mol/kg y Bicarbonato de Sodio 0,025 mol/kg, pH 10,01
Incertidumbre	± 0,01 – 0,02 pH
Presentación	500 ml
Tiempo de Estabilidad	18 meses

INFORMACION DEL LOTE CERTIFICADO

Lote Vigente	PH008D
Fecha de Certificación	Enero - 2019
Fecha de Caducidad	Julio - 2020
Valor certificado	El valor certificado del material de referencia y su incertidumbre se encuentran especificados en el certificado que acompaña al material.
Forma de Entrega	Oficina de Recepción y Devolución de Instrumentos (ORD), INACAL, Calle De La Prosa 150 San Borja, Lima-Perú

Propósito de uso

El uso de este material de referencia es para la calibración o verificación de los sistemas de medición de pH (también conocidos como potenciómetros o medidores de pH).