



DATOS GENERALES DEL MATERIAL DE REFERENCIA

Nivel	Material de Referencia Secundario
Código	MRC 009
Descripción	Solución acuosa de Cloruro de Potasio 0,01 mol/kg 1410 μ S/cm
Incertidumbre	$\pm 0,3\% - 0,4\%$
Presentación	500 ml
Tiempo de Estabilidad	18 meses

INFORMACION DEL LOTE CERTIFICADO

Lote Vigente	CCE009
Fecha de Certificación	Enero – 2017
Fecha de Caducidad	Julio – 2018
Valor certificado	El valor certificado del material de referencia y su incertidumbre se encuentran especificados en el certificado que acompaña al material.
Forma de Entrega	Oficina de Recepción y Devolución de Instrumentos (ORD), INACAL, Calle De La Prosa 150 San Borja, Lima-Perú

Propósito de uso

El uso de este material de referencia certificado es para la calibración o verificación de los sistemas de medición de conductividad electrolítica, también conocidos como conductímetros.